

サブスタンス P 測定結果の誤りについて

2016年12月26日
協和メデックス株式会社

協和メデックス株式会社 KM アッセイセンターにて実施しておりましたサブスタンス P の受託測定におきまして、誤った測定値をお客様へ報告していたことが判明いたしました。

調査の結果、測定値を算出する計算式に誤りがありました。お客様および関係者の皆様にご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。

現在は、サブスタンス P の新規受託測定を中止し、これまでに測定をご依頼いただいたお客様方へ、当社から個別にご連絡させていただいております。なお、本測定は研究目的等でご利用いただくものとして受託しておりました。

今後は、より一層、業務の品質管理を徹底し、再発防止に努めてまいります。

以上

サブスタンス P：サブスタンス P は 11 個のアミノ酸からなる神経ペプチドで、知覚神経の神経伝達物質であり、主として痛覚情報伝達物質として知られています。